



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0134

检测报告编号: 2021D51-30-3360154010
Test report series No.



上海市计量测试技术研究院
SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY
华东国家计量测试中心
NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TESTING FOR EAST CHINA
中国上海测试中心
NATIONAL CENTER OF TESTING TECHNOLOGY, SHANGHAI

检测报告

Test Report

委托者: 达功(上海)电脑有限公司
Customer: 达功(上海)电脑有限公司

联络信息: 三庄路58弄3号
Contact information: 三庄路58弄3号

样品名称: 隔声室
Name of sample: 隔声室

制造厂: 上海进秀电子科技有限公司
Manufacturer: 上海进秀电子科技有限公司

型号/规格: 2800mmX2500mmX2920mm
Model/Specification: 2800mmX2500mmX2920mm

样品编号: 1#
No. of sample: 1#



批准人: 安兆亮
Approved by: 安兆亮

检测专用章 (机构检测专用章) 核验员: 陈文王
Checked by: 陈文王

检测员: 周子炜
Tested by: 周子炜

发布日期: 2021 年 06 月 16 日
Issue date: 2021 Year 06 Month 16 Day



地址: 上海市张衡路1500号(总部) 电话: 021-38839800 传真: 021-50798390 邮编: 201203
Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarter) Tel. 021-38839800 Fax 021-50798390 PostCode 201203

客户咨询电话: 800-820-5172 投诉电话: 021-50798262
Inquire line 800-820-5172 Complaints line 021-50798262

未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。
Partly using this report will not be admitted unless allowed by SIMT.

第 1 页 共 3 页
Page 1 of total 3 pages



检测报告编号: 2021D51-30-3360154010
Test report series No.



国家法定计量检定机构计量授权证书号(中心/院):(国)法计(2017)01039号/(2017)01019号
The number of the Certificate of Metrological Authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No. (2017) 01039/ No. (2017) 01019

本次检测所依据的技术规范(代号、名称):
Reference documents for the test (code、name)

GB/T 6882-2016《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法》
ISO 3745-2012-A1-2017《声学 噪声源声功率级和声能量级的测定 消声室和半消声室精密法》

本次检测所使用的主要测量仪器:
Main measurement instruments used in this test

名称 Name	编号 Number	测量范围 Measurement range
宽频音频分析仪	2773805	10Hz~20kHz;-10dB~160dB
/	/	/

其他检测信息:
Test information

地点: 三庄路58弄3号
Location

温度: 17.6°C
Ambient temperature

受样方式 客户现场(非抽样)
Way for receipt

受样日期 2021年 05月 25日
Received date

湿度: 60.1%RH
Humidity

样品状态描述 完好
Status of sample

检测日期 2021年 05月 25日
Date for test

其他: 100.2 kPa
Others

备注: /
Note:

本报告提供的结果仅对本次被测的样品有效。
The data are valid only for the sample(s).

检测报告续页专用
Continued page of test report

第 2 页 共 3 页
Page of total pages

研
究
部



检测结果/说明:

Results of test and additional explanation


一、基本检查

房间内部结构完好, 房间内部净尺寸为2800mm×2500mm×2920mm (长×宽×高)。

二、本底噪声

1.测点位置分布:

测点位置见下图, 高度为1.2m, 平均时间为60s。



2.本底噪声(空调开启)

测点位置	1	2	3	4	5
本底噪声 (dB (A))	23.9	24.5	23.5	28.7	25.7

检测结果内容结束